

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030107293	Tubo plástico para extracción al vacío con citrato de sodio 3.2%	UN	I-III	<p>PRESENTACIÓN: Tubo para extracción de sangre al vacío en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tubo de plástico (tereftalato de polietileno) de 13 mm de diámetro por 75 mm de longitud. - Con capacidad de 2.0 y 4.5 ml (*) - Con pared interna recubierta con anticoagulante Citrato de Sodio 3.2% - Con proporción de 1:9 (1 parte de aditivo por 9 partes de sangre) - Cuenta con tapa de seguridad perforable para evitar la formación de aerosoles al abrirlo. - Código de colores para su identificación: tapa celeste - Resistente a la centrifugación y caídas. - Descartable. <p>USO: Obtención de sangre para pruebas de coagulación.</p> <p>(*) El área usuaria solicitará la capacidad requerida.</p>