

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040090176

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : EQUIPO DE CRIOCIRUGÍA PARA BRONCOSCOPÍA
UNIDADES FUNCIONALES : NEUMOLOGÍA
PACIENTES : ADULTOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

DISPOSITIVO DISEÑADO PARA APLICAR FRÍO DE UN REFRIGERANTE GASEOSO O LÍQUIDO A TEJIDO MALIGNO O BENIGNO ANORMAL PARA LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS (BIOPSIAS). EL SISTEMA INCLUYE UN REGULADOR PARA CONTROLAR EL FLUJO DEL REFRIGERANTE, CONTENIDO EN UN CILINDRO ADJUNTO, REQUIERE DE SONDAS PARA APLICAR EL FRÍO Y EL ACCESO ES MEDIANTE UN BRONCOSCOPIO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 DEBE PERMITIR LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS (BIOPSIAS) PULMONARES.
- A02 UNA (01) PANTALLA DIGITAL INTEGRADA PARA VISUALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE CONGELACIÓN DEL EQUIPO.
- A03 PERMITE CONFIGURAR LA INTENSIDAD DE CONGELACIÓN, EN FUNCIÓN DEL INSTRUMENTO CONECTADO.
- A04 CON FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR.
- A05 SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES.
- A06 MEMORIA PARA GRABAR PROGRAMAS DIFERENTES.
- A07 ACTIVACIÓN MEDIANTE INTERRUPTOR DE PEDAL.

B ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- B01 UN (01) COCHE RODABLE DEL MISMO FABRICANTE, PARA COLOCAR EL EQUIPO Y EL CILINDRO.
- B02 UN (01) CILINDRO DE CO2 CON REGULADOR DE PRESIÓN Y MANÓMETRO.
- B03 UN (01) PEDAL PARA ACTIVAR LA CONGELACIÓN DE LA SONDA.

INSUMOS/CONSUMIBLES

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.

- B04 DIEZ (10) CRIOSONDAS FLEXIBLES DESCARTABLES DE DIÁMETRO 1.7 mm Y LONGITUD 1150 mm.
- B05 DIEZ (10) CRIOSONDAS FLEXIBLES DESCARTABLES DE DIÁMETRO 1.1 mm Y LONGITUD 1150 mm, CON TUBO DE RECUPERACIÓN, DE DIÁMETRO 2.6 mm Y LONGITUD 817 mm.

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 220 V/ 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).