

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030106283	Kit completo para la determinación de factor Rh débil	PBA	Centro de Hemoterapia I, II, III	PRESENTACIÓN: Kit completo de reactivos para la determinación del antígeno D débil, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Hemoaglutinación en microplaca o aglutinación en columna. ACCESORIOS: Controles, solución LISS en cantidad suficiente, material de impresión de resultados, complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total con anticoagulante (EDTA, citrato, CPD u otro anticoagulante de bolsa de sangre) o paquete globular. EQUIPO: El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.