

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030105248	Test de hormona T3 Libre	PBA	I Ib - III	<p>PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la hormona T3 Libre en empaque apropiado. Estabilidad en uso no menos de 15 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Quimioluminiscencia convencional o variante.</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, dos niveles de controles como mínimo, complementos y otros de acuerdo a la metodología que permitan la realización completa de la prueba.</p> <p>EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final quien presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio.</p> <p>MUESTRA: Suero o plasma sanguíneo.</p>