

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030106286	Kit completo para la determinación de anticuerpos antiplaquetarios	PBA	Centro de Hemoterapia II, III	<p>PRESENTACIÓN: Kit completo de reactivos para la determinación de anticuerpos IgG específicos de plaquetas y HLA humano, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 21 días a partir de la fecha de entrega.</p> <p>MÉTODO: Adherencia en fase sólida (captura) o Elisa.</p> <p>ACCESORIOS: Controles, solución LISS, material de impresión de resultados, complementos y otros de acuerdo a metodología en cantidad suficiente, que permitan la realización completa de la prueba.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total anticoagulada (EDTA, ACD, CPD u otro anticoagulante).</p> <p>EQUIPO: El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.</p> <p>NOTA: Esta prueba no podrá formar parte de un paquete de pruebas ligadas a equipos en cesión de uso.</p>