

**FICHA TÉCNICA**

**DENOMINACIÓN: PRÓTESIS TRANSFEMORAL MODULAR CON RODILLA POLICÉNTRICA Y PIE ARTICULADO MONOAXIAL**

**CODIGO SAP: 020600153**

**UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)**

MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓN

**DEFINICIÓN FUNCIONAL**

DISPOSITIVO MÉDICO EMPLEADO PARA REEMPLAZAR LA EXTREMIDAD INFERIOR Y RESTAURAR LA DEAMBULACIÓN EN PACIENTES CON AMPUTACIÓN A TRAVÉS DEL FÉMUR. COMPUESTO DE UN ENCAJE QUE PROPORCIONA EL APOYO DE LOS MÚSCULOS DEL MIEMBRO RESIDUAL, UNA ARTICULACIÓN DE RODILLA CON MÚLTIPLES EJES DE ROTACIÓN, UN PIE PROTÉSICO QUE REPLICA EL MOVIMIENTO DEL TOBILLO EN UN SOLO PLANO (SAGITAL) Y UNA ESTRUCTURA MODULAR QUE CONECTA LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA CON EL PIE PROTÉSICO.

**FOTO**



IMAGEN ES SOLO REFERENCIAL

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

<b>I GENERALES</b>	
I.1	COMPUESTO DE UN (01) ENCAJE, UNA (01) ARTICULACIÓN DE RODILLA, UNA (01) ESTRUCTURA MODULAR Y UN (01) PIE PROTÉSICO.
<b>II COMPONENTES</b>	
<b>ENCAJE</b>	
II.1	DE TIPO CUADRILATERAL A CONTACTO TOTAL O DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA (DIÁMETRO MEDIO LATERAL ESTRECHO, CAT-CAM U OTROS).
II.2	MATERIAL DE FIBRA DE CARBONO.
<b>ARTICULACIÓN DE RODILLA</b>	
II.3	POLICÉNTRICA.
<b>ESTRUCTURA MODULAR</b>	
II.4	ADAPTADOR DE TUBO (DURALUMINIO O TITANIO) CON SISTEMA DE CONEXIÓN A LA ARTICULACIÓN DE RODILLA Y AL PIE PROTÉSICO.
<b>PIE PROTÉSICO</b>	
II.5	CON ARTICULACIÓN MONOAXIAL.
<b>III ACCESORIOS</b>	
<b>PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS</b>	
III.1	UN (01) SISTEMA DE SUJECIÓN COMPATIBLE CON EL ENCAJE, BASADO EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: (Ver Nota N°01) <b>OPCIÓN A:</b> UN (01) CINTURÓN SILESIANO DE CUERO CON UN (01) ESTOQUINETE. <b>OPCIÓN B:</b> UN (01) CINTURÓN DE SUSPENSIÓN ELÁSTICA CON UN (01) ESTOQUINETE. <b>OPCIÓN C:</b> UNA (01) VÁLVULA DE SUCCIÓN (METÁLICA O PLÁSTICA), CON UNA (01) BOLSA DE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS. <b>OPCIÓN D:</b> UNA (01) INTERFASE DE SILICONA U OTRO POLÍMERO FLEXIBLE (LINER), CON UN (01) JUEGO DE CORREAS O CORDONES QUE CONECTAN LA INTERFASE CON EL ENCAJE (LANYARD).

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES**

IV.1	UN (01) ENCAJE INTERNO FLEXIBLE DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, COMPATIBLE CON EL ENCAJE PRINCIPAL. (Ver Nota N°02)
------	--

Nota N°01: Los usuarios determinarán el tipo de sujeción necesario, según sus necesidades y demandas, al momento de realizar su requerimiento.

Nota N°02: Los usuarios determinarán esta característica, como requerimiento técnico mínimo, según sus necesidades y demandas, al momento de realizar su requerimiento.