

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040150070

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL

UNIDADES FUNCIONALES: MEDICINA COMPLEMENTARIA - MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

PACIENTES: TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO BIOMÉDICO DISEÑADO PARA APLICAR CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS PULSADOS DE BAJA FRECUENCIA A LOS TEJIDOS CORPORALES, MEDIANTE INDUCCIÓN MAGNÉTICA, CON LA FINALIDAD DE TRATAR TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS, ALIVIAR EL DOLOR, FAVORECER LA REGENERACIÓN TISULAR Y ESTIMULAR PROCESOS REPARATIVOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 PORTÁTIL
- A02 PANTALLA LCD, LED, OLED O EQUIVALENTE TECNOLOGÍA
- A03 MODO DE EMISIÓN: PULSANTE Y/O CONTINUA
- A04 DOS (02) CANALES DE SALIDA COMO MÍNIMO
- A05 TEMPORIZADOR DIGITAL
- A06 INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO: MAYOR O IGUAL A 200 GAUSS POR CANAL
- A07 FRECUENCIA DE EMISIÓN: DE 1 A 100 Hz O RANGO MÁS AMPLIO

B ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- B01 DOS (02) APLICADORES CON BOBINAS (SOLENOIDES), TIPO DISCOS/PLACAS, CON SISTEMA DE SUJECIÓN
- B02 DOS (02) APLICADORES TIPO FAJA, BANDA O FLEXIBLES CON SOLENOIDES
- B03 UN (01) ESTUCHE O MALETÍN PARA EL EQUIPO

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

