

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030107130	Test de procalcitonina	PBA	IIb - III	<p>PRESENTACIÓN: Kit de reactivos para la determinación cuantitativa de procalcitonina (PCT), en empaque adecuado que garantice la estabilidad de los reactivos. Debe contar con una estabilidad en uso no menor de 25 días y una fecha de expiración no menor de seis (06) meses a partir de la entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Inmunoensayo por quimioluminiscencia convencional o variante.</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyente de muestra y demás componentes requeridos según la metodología, garantizando la ejecución completa de la prueba. Asimismo, debe contener todos los reactivos y consumibles necesarios para la realización del ensayo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.</p> <p>EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final quien presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio.</p> <p>MUESTRA: Suero o plasma sanguíneo.</p> <p>USO: Marcador sanguíneo en el diagnóstico y pronóstico de sepsis.</p>