

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030103251	Test de troponina	PBA	I Ib - III	<p>PRESENTACIÓN: Kit de reactivos para la determinación cuantitativa de troponina cardiaca, en empaque adecuado que garantice la estabilidad de los reactivos. Debe contar con una estabilidad en uso no menor de 14 días y una fecha de expiración no menor de seis (06) meses a partir de la entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Inmunoensayo por quimioluminiscencia convencional o variante.</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyente de muestra y demás componentes requeridos según la metodología, garantizando la ejecución completa de la prueba. Asimismo, debe contener todos los reactivos y consumibles necesarios para la realización del ensayo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.</p> <p>EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final quien presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio.</p> <p>MUESTRA: Suero o plasma sanguíneo.</p> <p>USO: Biomarcador para la detección de lesiones del miocardio.</p>