

FICHA TÉCNICA	
CÓDIGO SAP 040070056	
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO :	SELLADORA DE BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN
UNIDADES FUNCIONALES :	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, UNIDADES Y/O ÁREAS DONDE SE REALICE EL EMPAQUE DE MATERIAL PARA ESTERILIZACIÓN
PACIENTES :	TODOS
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
EQUIPO BIOMÉDICO PARA EL EMPAQUE DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y OTROS DISPOSITIVOS EN MANGAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MIXTAS Y TYVEK, COMO MÍNIMO	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
A GENERALES	
A01	EQUIPO DE SOBREMESA
A02	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
A03	PANTALLA LCD, TFT, OLED, LED U OTROS PARA VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA Y SELLADO
A04	VELOCIDAD DE SELLADO: MAYOR O IGUAL A 8 M/MIN
A05	BORDE DE SELLADO 30 mm COMO MÍNIMO.
A06	COSTURA O ANCHO DE SELLADO PLANO DE 12 mm COMO MÍNIMO
A07	CAPACIDAD DE GUARDAR INFORMACIÓN O PROGRAMACIÓN ELABORADA POR EL USUARIO
A08	PARA USO CON MANGAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MIXTAS Y TYVEK COMO MÍNIMO
A09	IMPRESIÓN DE PARÁMETROS DE SELLADO EN EL EMPAQUE
A10	FUNCION DE STAND-BY O DE APAGADO POR SOBRECALENTAMIENTO
A11	COMUNICACIÓN A TRAVES DE PUERTO RS232 O USB CON FINES DE ETIQUETADO O DOCUMENTACIÓN.
A12	INDICADOR DIGITAL DE MONITOREO DE TEMPERATURA DE SELLADO
A13	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
A14	PANEL FRONTAL PARA PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN DE TEMPERATURA
A15	DIMENSIONES: LARGO DE 420 A 720mm x ANCHO DE 260 A 315 mm x ALTURA DE 130 A 250mm (TOLERANCIAS DE +/-10%)
B REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
B01	220 V/60Hz (CON TOLERANCIA SEGUN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)