

FICHA TÉCNICA	
<b>DENOMINACIÓN: FLUJÓMETRO DE OXÍGENO</b>	
<b>CODIGO SAP: 020200739</b>	
<b>UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)</b>	
HOSPITALIZACIÓN, SALA DE RECUPERACIÓN, CENTRO QUIRÚRGICO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, EMERGENCIA, ENTRE OTRAS ÁREAS INTRAHOSPITALARIAS Y EXTRAHOSPITALARIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	
<b>DEFINICIÓN FUNCIONAL</b>	
ES UN DISPOSITIVO MECÁNICO QUE SE USA COMÚNMENTE PARA REGULAR LA PRESIÓN DE LA SALIDA DE FLUJO DEL OXÍGENO TOMADO DE UNA RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO.	
<b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b>	
I	GENERALES
I.1	CUERPO PRINCIPAL DE ACERO O CROMADO CON PERILLA REGULADORA DE FLUJO.
I.2	COLUMNA DE MATERIAL POLÍMERO TRANSPARENTE, CON ESCALA GRADUADA Y ROTÁMETRO
I.3	PRESIÓN DE ENTRADA ENTRE 30 Y 65 PSI
I.4	RANGO DE FLUJO DE SALIDA DESDE 0 HASTA 15 LPM
I.5	CONECTOR DE ENTRADA TIPO DISS
I.6	CONECTOR DE SALIDA COMPATIBLE A LOS ACCESORIOS QUE SE USARÁN EN LA INSTITUCIÓN (DISS, CHEMETRON, OHMEDA, OTROS).



Firmado digitalmente por  
HOLGUÍN CORDOVA Christy Grace FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento.  
Fecha: 10.06.2026 12:07:16-0500



Firmado digitalmente por  
SOTO BARBA Marco Miguel FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento.  
Fecha: 11.06.2026 18:45:50-0500

