

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN: HUMIDIFICADOR BÁSICO	
CODIGO SAP: 040030038	
UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)	
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI), UNIDADES DE CUIDADOS INTERMEDIOS (UCIN), EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN, ENTRE OTRAS ÁREAS HOSPITALARIAS O EXTRAHOSPITALARIAS CORRESPONDIENTES A LA INSTITUCIÓN. ESTOS EQUIPOS ESTÁN A DISPOSICIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA.	
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
ES UN EQUIPO ELECTRÓNICO PARA HUMEDECER Y CALENTAR LOS GASES SUMINISTRADOS A PACIENTES QUE REQUIEREN SOPORTE VENTILATORIO U OTROS TRATAMIENTOS.	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
I	GENERALES
I.1	BOTÓN, PERILLA Y/O PANTALLA PARA EL AJUSTE DE TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO
I.2	CON CÁMARA HUMIDIFICADORA REUSABLE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA.
I.3	ADAPTADOR PARA EL CABLE CALEFACTOR DEL HUMIDIFICADOR (EN CASO LO REQUIERA EL DISEÑO DEL FABRICANTE).
I.4	PROTECCIÓN TÉRMICA CONTRA SOBRECALENTAMIENTO.
II	ACCESORIOS
ADITAMENTOS/PERIFÉRICOS	
II.1	UNA (01) CÁMARA HUMIDIFICADORA ADICIONAL.
II.2	UN (01) ADAPTADOR PARA EL CABLE CALEFACTOR DEL HUMIDIFICADOR ADICIONAL (EN CASO LO REQUIERA EL DISEÑO DEL FABRICANTE).
III	REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
III.1	SUMINISTRO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

 Firmado digitalmente por
HOLGUÍN CORDOVA Christy Grace FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 12.06.2026 12:38:37-0500

 Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 16.06.2026 08:49:13-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

17 JUN 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA