

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: CONSERVADORA PORTÁTIL PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES DE PEQUEÑA CAPACIDAD

CODIGO SAP: 040050211

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

EQUIPO UTILIZADO EN ÁREAS ASISTENCIALES DE BANCO DE SANGRE, UPSS EMERGENCIA, ENTRE OTRAS ÁREAS.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO PORTÁTIL DE PEQUEÑA CAPACIDAD DISEÑADO PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN MECÁNICA Y UN ALTO GRADO DE AISLAMIENTO TÉRMICO A LA SANGRE Y/O HEMOCOMPONENTES DURANTE SU TRANSPORTE, SIN UTILIZAR SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN ACTIVA (AISLAMIENTO TÉRMICO PASIVO). SUELE CONSISTIR EN UN RECIPIENTE QUE INCLUYE DIVISORES DE POLIESTIRENO RECUBIERTOS POR UNA CARCASA EXTERIOR, CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA TRANSPORTAR LAS BOLSAS DE SANGRE Y/O HEMOCOMPONENTES JUNTO CON LOS PAQUETES FRÍOS. ESTOS EQUIPOS SE PRESENTAN EN DIFERENTES DIMENSIONES Y, DEPENDIENDO DE SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL USO PREVISTO Y LA TEMPERATURA AMBIENTAL A LA QUE ESTÁN EXPUESTOS, PUEDEN CONSERVAR LAS BOLSAS DE SANGRE Y/O HEMOCOMPONENTES DURANTE TIEMPOS PROLONGADOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I GENERALES

- | | |
|-----|---|
| I.1 | CONSERVADORA PORTÁTIL DE ESTRUCTURA RÍGIDA. |
| I.2 | PARA CONSERVACIÓN DE HEMOCOMPONENTES O COMPATIBLE PARA HEMOCOMPONENTES. |
| I.3 | VOLUMEN INTERNO TOTAL: MAYOR O IGUAL A 5 LITROS Y MENOR A 10 LITROS. |
| I.4 | VIDA FRÍA MÍNIMA DE 30 HORAS SIN APERTURA (SI LA TEMPERATURA AMBIENTAL ES DE 43 °C). |
| I.5 | MATERIAL EXTERNO: POLIPROPILENO O POLIETILENO O POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (HIPS). |
| I.6 | MATERIAL AISLANTE: CICLO PENTANO O POLIURETANO, MATERIAL LIBRE DE CLOROFLUOROCARBONO (CFC). |
| I.7 | ESPESOR DE AISLAMIENTO: 20 mm COMO MÍNIMO. |
| I.8 | UNA (01) TAPA CON BISAGRA(S) Y CIERRE HERMÉTICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD. |
| I.9 | CON CORREA Y/O MANIJAS Y/O ASAS PARA MANIOBRA DE TRANSPORTE DEL EQUIPO. |

II ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ ADITAMENTOS

- | | |
|------|--|
| II.1 | TRES (03) JUEGOS COMPLETOS DE PAQUETES FRÍOS. UNO (01) PRINCIPAL Y (02) DE RESERVA. |
| II.2 | UN (01) TERMOHIGRÓMETRO EXTERNO CON UNA (01) Sonda PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA INTERNA DE LA CONSERVADORA. |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

- | | |
|-------|---|
| III.1 | UN (01) REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA CON UNA (01) Sonda PARA EL REGISTRO DE LA TEMPERATURA INTERNA DE LA CONSERVADORA, PROPIO O RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. (VER NOTA N°01) |
|-------|---|

Nota N°01: Los usuarios determinarán esta característica, como requerimiento técnico mínimo, según sus necesidades y demandas, al momento de realizar su requerimiento