

FICHA TÉCNICA

LÁMPARA DE EXAMEN CON LUPA

CODIGO SAP: 040110189

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

Equipo complementario utilizado en el área de Dermatología.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Equipo de iluminación que incluye una lente que produce una imagen virtual, derecha y ampliada de un objeto.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I GENERALES

- I.1 Lámpara con iluminación LED de intensidad regulable.
- I.2 Vida útil del LED mayor o igual a 20 000 horas
- I.3 Lente de cristal de 5 dioptrías como mínimo y 20 dioptrías como máximo.
- I.4 Brazo flexible con giro de 360°.
- I.5 Medida del brazo de lámpara de hasta 80 cm como mínimo.
- I.6 Sistema de anclaje en mesa o base rodable con frenos.

II REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- II.1 220V/60Hz (Tolerancias según el código nacional de electricidad)

III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

- III.1 Con luz de wood


Firmado digitalmente por
HOLGUÍN CORDOVA Christy Grace FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 08.06.2026 11:34:05-0500


Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 hard
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 08.06.2026 18:31:36-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
10 JUN 2026
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA