

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN: LÁMPARA DE EXÁMENES Y CURACIONES	
CÓDIGO SAP: 070010179	
UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)	
UPSS CONSULTA EXTERNA, UPSS HOSPITALIZACIÓN, UPSS EMERGENCIA, UPSS CENTRO OBSTÉTRICO, TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS.	
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
DISPOSITIVO QUE POR MEDIO DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN, BASADO EN UNA LÁMPARA LED, PROPORCIONA LUZ BLANCA BRILLANTE DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y CURACIÓN DE PACIENTES.	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
I	GENERALES
I.1	COMPUESTO POR UN CABEZAL DE ILUMINACIÓN, UNA COLUMNA DE SOPORTE Y UNA BASE O PEDESTAL.
I.2	EQUIPO MÓVIL, DE BASE RODANTE (RODABLE)
I.3	CABEZAL DE ILUMINACIÓN CON ELEMENTO FLEXIBLE PARA POSICIONAMIENTO.
I.4	ILUMINACIÓN LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (CCT) ENTRE 3000K Y 6700 K. • AL MENOS 40 000 Luxes. • ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (Ra): DE AL MENOS 80 Ra. • AL MENOS 30 000 HORAS DE VIDA ÚTIL.
I.5	ENCENDIDO/APAGADO MEDIANTE INTERRUPTOR, DIMMER O SENSOR (SIN CONTACTO)
I.6	BASE O PEDESTAL RODANTE (RODABLE) DE CINCO BRAZOS ARTICULADOS CON RUEDAS Y FRENOS.
II	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA
II.1	220V/60Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

 Firmado digitalmente por
HOLGUÍN CORDOVA Christy Grace FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 03.07.2026 08:56:55-0500

 Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 03.07.2026 16:52:17-0500

