

| CÓDIGO SAP | DENOMINACIÓN COMPLETA            | UM | NIVEL DE USO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 030104885  | Laminilla cubreobjeto 22 x 60 mm | UN | IIC-III      | <p><b>PRESENTACIÓN:</b> Caja por 100 unidades o más.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> Laminillas cubreobjeto de vidrio borosilicato, transparentes, de dimensiones 22 mm x 60 mm y espesor entre 0.13 mm y 0.17 mm, asépticas o no estériles. Con superficie lisa y uniforme, libre de rebabas, partículas extrañas y aristas cortantes que afecten su adecuada manipulación y funcionalidad.</p> <p><b>USO:</b> Permite la observación microscópica y protege las muestras biológicas.</p> |

  
**EsSalud**

Firmado digitalmente por  
HOLGUÍN CORDOVA Christy Grace FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento.  
Fecha: 03.07.2026 08:51:57-0500

  
**EsSalud**

Firmado digitalmente por  
SOTO BARBA Marco Miguel FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento.  
Fecha: 03.07.2026 16:50:02-0500

**IETSI - ESSALUD**  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA  
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

**07 JUL 2026**

**FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA**