

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030102180	Microcubeta para la determinación de Hemoglobina	UN	Ic - III	PRESENTACIÓN: De acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario, que garantice la integridad del producto. Tiempo de expiración no menor de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Fotometría, colorimetría y espectrofotometría. CARACTERÍSTICAS: - Microcubeta descartable fabricada en material polimérico (poliestireno, PMMA u otro material equivalente) - Diseñada para la determinación cuantitativa de hemoglobina total. - Volumen de muestra biológica no mayor a 10 µL. MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total (capilar, venosa o arterial) EQUIPO: Compatible con equipos institucionales o definidos por el usuario final.


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 16.09.2026 15:45:03-0500


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 17.09.2026 08:58:45-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

18 SET 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA