

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN: MONTURA DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGÍA	
CODIGO SAP: 020700178	
UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)	
UPSS CONSULTA EXTERNA, CONSULTORIO DE OFTALMOLOGÍA Y SALA DE REFRACCIÓN	
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
ES UN DISPOSITIVO MECÁNICO ÓPTICO, CON MECANISMO DE INTERCAMBIO DE LENTES DE PRUEBA DE DIFERENTES MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS, QUE SE USA COMÚNMENTE PARA REALIZAR EL EXAMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS REFRACTIVAS Y VISUALES DEL PACIENTE.	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
I	GENERALES
I.1	UNA (01) MONTURA DE PRUEBA CON ESTRUCTURA PRINCIPAL FABRICADA EN METAL, DEL MISMO FABRICANTE DE LOS LENTES DE PRUEBA O COMPATIBLE CON ESTOS.
I.2	CON ESCALAS GRADUADAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS LENTES.
I.3	PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 100 GRAMOS.
I.4	DISTANCIA INTERPUPILAR GRADUABLE.
I.5	CON AROS GIRATORIOS QUE PERMITAN ALOJAR TRES (03) O MÁS LENTES SIMULTÁNEAMENTE POR CADA OJO.
I.6	LONGITUD E INCLINACIÓN DE LAS VARILLAS GRADUABLE.
I.7	PUENTE O REPOSA NARIZ GRADUABLE.
II	ACCESORIOS
ADITAMENTOS/PERIFÉRICOS	
II.1	UNA (01) CAJA METÁLICA, MADERA O MATERIAL RESISTENTE PARA TRANSPORTAR LA MONTURA, RECUBIERTA EN SU INTERIOR PARA EL CUIDADO DE LOS COMPONENTES.

 Firmado digitalmente por
LI SING Consuelo Maria Josefina
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 23.09.2026 12:03:51-0500

 Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 23.09.2026 16:35:50-0500

 Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 24.09.2026 08:34:34-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
28 SET 2026
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA