

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030104159	Aguja para extracción al vacío múltiple 21 G x 1"	UN	I-III	PRESENTACIÓN: Aguja para extracción de sangre al vacío en envase individual con sello de seguridad. Tiempo de expiración no menor de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: - Aguja de calibre 21 G x 1". - De doble punta, tribiselada. - Con cánula de acero inoxidable. - Superficie lubricada o siliconada. - Con área para ajuste por presión o rosca. - Con manguito de goma para extracción múltiple. - Sistema de identificación del calibre mediante código de color. - Estéril. ACCESORIOS: Un adaptador para sistemas de extracción de sangre al vacío, con dispositivo de expulsión automática de la aguja. Se entregará un adaptador para extracción al vacío por cada 500 agujas. USO: Extracción de muestras de sangre mediante tubos de recolección al vacío.