

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030103804	Test de Ferritina	PBA	IIb, IIc, III	PRESENTACIÓN: Kit para la determinación cuantitativa de Ferritina, en envase adecuado. Estabilidad en uso no menor de 21 días. Tiempo de expiración no menor de seis (06) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Quimioluminiscencia convencional o variante. ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyente de muestra, complementos o consumibles necesarios de acuerdo con la metodología, que permita la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma. EQUIPO: Compatible con equipos institucionales o definidos por el usuario final.


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 10.09.2026 12:40:25-0500


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 11.09.2026 18:34:06-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

16 SET 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA