

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030102207	Test de mioglobina	PBA	IIb, IIc, III	PRESENTACIÓN: Kit para la determinación cuantitativa de mioglobina, en envase adecuado. Estabilidad en uso no menor de 21 días. Tiempo de expiración no menor de seis (06) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Quimioluminiscencia convencional o variante. ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyente de muestra, complementos o consumibles necesarios de acuerdo con la metodología, que permita la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma. EQUIPO: Compatible con equipos institucionales o definidos por el usuario final.