

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030107314	Factor VIII cromogénico	PBA	III	PRESENTACIÓN: Kit de reactivos de diagnóstico <i>in vitro</i> para el dosaje de Factor VIII cromogénico en empaque adecuado, no reenvasado, que garantice su estabilidad. Tiempo de expiración no menor de seis (06) meses a partir de la fecha de entrega. MÉTODOLOGÍA: Cromogénico ACCESORIOS: Calibradores, controles, complementos y otros de acuerdo con la metodología que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma sanguíneo. EQUIPO: El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final. USO: Para diagnóstico y/o seguimiento en pacientes con deficiencias de factor VIII.


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 23.09.2026 18:04:20-0500


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 24.09.2026 11:57:50-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

29 SET 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA