BQ-119	30105231	Test de Hormona Estradiol	PBA	IIc-III	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Hormona Estradiol en empaque apropiado. Estabilidad en uso no menor de 14 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, METODOLOGIA: Quimioluminiscencia Convencional o Variante. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado, y otros que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero ó Plasma.
BQ-120	30105232	Test de Hormona Estriol Libre	PBA	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Hormona Estriol Libre en empaque apropiado. Estabilidad en Uso no menor de 60 días, Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA Quimioluminiscencia Convencional o Variante. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado, y otros que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO. E l (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.
BQ-121	30105233	Test de Hormona FSH	PBA	IIc-III	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Hormona FSH en empaque apropiado. Estabilidad en Uso no menor de 15 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia Convencional o Variante. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado, y otros que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.
BQ-122	30105235	Test de Hormona Gastrina **NO VIGENTE**	PBA	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona Gastrina en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 2 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Radioinmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba. Material de Descontaminación y Material de Impresión de Resultados MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.
BQ-123	30105238	Test de Hormona Glucagón **NO VIGENTE**	PBA	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona Glucagón en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 2 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Radioinmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios. Material de Descontaminación y Material de Impresión de Resultados MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.

V°B°
JEFE
ESSALUD
V°B°
ESSALUD