

FICHA TÉCNICA

1. Denominación técnica:	MATRAZ ERLLENMEYER CUELLO ESTRECHO O BOCA ESTRECHA (DE VIDRIO)
2. Unidad de medida:	UN
3. Grupo o Familia:	Preparados Magistrales y Oficinales - Patología Clínica y Anatomía Patológica
4. Código SAP:	a) 030103573 Matraz Erlenmeyer cuello estrecho - boca estrecha de 50 ml (De vidrio) b) 030101499 Matraz Erlenmeyer cuello estrecho - boca estrecha de 100 ml (De vidrio) c) 030101502 Matraz Erlenmeyer cuello estrecho - boca estrecha de 250 ml (De vidrio) d) 030101503 Matraz Erlenmeyer cuello estrecho - boca estrecha de 500 ml (De vidrio) e) 030101504 Matraz Erlenmeyer cuello estrecho - boca estrecha de 1000 ml (De vidrio) f) 030101505 Matraz Erlenmeyer cuello estrecho - boca estrecha de 2000 ml (De vidrio) g) 030105947 Matraz Erlenmeyer cuello estrecho - boca estrecha de 3000 ml (De vidrio)
5. Descripción General:	Recipiente de forma cónica, elaborado en vidrio borosilicato, con base ancha y plana, cuello cilíndrico largo y estrecho (o boca estrecha).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6. Uso destinado:

- Uso general en laboratorio.
- Permite contener, preparar, calentar, mezclar y/o agitar soluciones, e incorporar otras sustancias a las mismas, durante la elaboración de "Preparados Farmacéuticos".
- Permite contener, preparar, calentar y mezclar soluciones de reactivos, tampones colorantes y cultivos en laboratorio clínico o analítico.

7. Materiales y características:

ESQUEMA:




Fig.1 Matraz Erlenmeyer cuello estrecho o boca estrecha (De vidrio) - Imagen referencial (no incluye diseño).

MATERIAL:

- Vidrio borosilicato 3.3.

CARACTERÍSTICAS:

- Serie de capacidad nominal: En mililitros (ml).

a) 50 ml.

- b) 100 ml.
- c) 250 ml.
- d) 500 ml.
- e) 1000 ml.
- f) 2000 ml.
- g) 3000 ml.

- Escala graduada (Preferentemente en color blanco).
- Autoclavable.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

De la Presentación:

Características del embalaje:

- El matraz deberá llevar un embalaje adecuado, que lo proteja ante riesgos físicos, golpes y vibraciones de rutina, durante el transporte y almacenamiento.

REQUISITOS TÉCNICOS

Preferentemente, contar con los siguientes documentos técnicos vigentes:

- Copia del Certificado de Control de Calidad o Certificado de Análisis o Ficha Técnica.

CONTROL DE CALIDAD

Preferentemente, que cumpla con las especificaciones de calidad vigentes según Norma ASTM E1404 – 94(2025) o Norma ISO 1773:1997 (DIN ISO 1773:1997).



Firmado digitalmente por
LI SING Consuelo María Josefina
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 24.09.2026 12:21:37-0500



Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 28.09.2026 15:15:30-0500

