

FICHA TÉCNICA

1. Denominación técnica:	CLIPS DE POLÍMERO
2. Unidad de medida:	UN
3. Grupo o Familia:	Laparoscopia
4. Código SAP:	a) 020103662 Clip de polímero tamaño M b) 020103116 Clip de polímero tamaño M/L c) 020103062 Clip de polímero tamaño L d) 020103117 Clip de polímero tamaño XL
5. Descripción General:	Dispositivo médico de material de polímero que se utiliza para la oclusión de vasos sanguíneos y conductos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6. Indicación de uso:

- En cirugías vía laparoscópica, pacientes adultos, pediátricos.

7. Materiales y características del dispositivo:

ESQUEMA:



Fig.1: Clips de polímero (no incluye diseño).

MATERIAL

- Clips de polímero de grado médico.

CARACTERÍSTICAS

- Mínimo 6 unidades de clips por set o cartucho.
- El dispositivo médico debe ser compatible con clipador (aplicador) disponible en la institución y/o de acuerdo al requerimiento del usuario.
- Dispositivo de un solo uso.
- Implante no absorbible.
- Superficie interior del clip con dientes o rugosidades.

8. Condición Biológica:

- Estéril.
- No produce irritación, no produce sensibilización.
- No produce toxicidad.
- No produce pirogenicidad.

9. Método de esterilización:

- De acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario.



10. Dimensiones:

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	TAMAÑO
020103662	Clip de polímero tamaño M	M
020103116	Clip de polímero tamaño M/L	ML
020103062	Clip de polímero tamaño L	L
020103117	Clip de polímero tamaño XL	XL

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Características del envase:

- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Envase Inmediato:

- Envase de polímero u otro material que contenga al dispositivo médico, según lo autorizado en su Registro Sanitario.
- Individual y original.
- De sellado hermético.
- De fácil apertura.

Envase Mediato:

- Caja de cartón u otro material que contenga uno o más envases con el dispositivo médico, según lo autorizado en su Registro Sanitario.

Rotulado:

- Según lo autorizado en su correspondiente Registro Sanitario, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente.

CONTROL DE CALIDAD

El dispositivo médico estará sujeto al control de calidad en el Centro Nacional de Control de Calidad o cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del país, de acuerdo a lo normado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM).

 Firmado digitalmente por
LI SING Consuelo Maria Josefina
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 13.10.2026 09:11:36-0500

 Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 14.10.2026 11:40:20-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

15 OCT 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA