IETSI EsSalud | INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

EsSalud

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 070010126

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : CAMA CAMILLA PARA RECUPERACIÓN EMERGENCIA

UNIDAD FUNCIONAL (UPSS) : EMERGENCIA

TIPO DE PACIENTES : TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

PARA SOPORTE, CUIDADO Y TRASLADO DE PACIENTES EN EMERGENCIA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A	**GENERALES**
A01	BARANDAS LATERALES RETRACTILES O PLEGABLES (CON MECANISMO DE BLOQUEO).
A02	CON PARACHOQUES DE GOMA O POLIPROPILENO O MATERIAL SIMILAR, EN LAS CUATRO (04) ESQUINAS.
A03	CON ORIFICIOS EN LAS CUATRO ESQUINAS PARA COLOCAR PORTASUEROS.
A04	DESPLAZAMIENTO EN TODAS LAS DIRECCIONES.
A05	CON ASA(S) O AGARRADERA(S) PARA TRANSPORTE.
A06	ANCHO: ENTRE 78 cm Y 95 cm.
A07	CON DOS (02) SOPORTES (COLUMNAS) CON BORDES REDONDEADOS, DE ESTRUCTURA SOLIDA.
A08	CON CABECERA Y/O PIECERA DESMONTABLE Y/O ABATIBLE.
B	**COMPONENTES**
	PLATAFORMA DE PACIENTE
B01	DESPLAZAMIENTO VERTICAL: ELEVACIÓN (ELÉCTRICA O HIDRÁULICA) Y DESCENSO (ELÉCTRICO O HIDRÁULICO), CON SISTEMA DOBLE DE PEDALES DE ACCIONAMIENTO UBICADOS A AMBOS LADOS DE LA CAMILLA (LATERALES).
B02	POSICIÓN TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSA DE 15° O MÁS ACCIONADAS CON PEDALES.
B03	ÁNGULO DEL RESPALDAR (FOWLER) DE: 0° a 80° COMO MÍNIMO, ASISTIDO POR PISTÓN/AMORTIGUADOR NEUMÁTICO (GAS SPRING), HIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO.
B04	ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA EN MATERIAL RADIOTRASLÚCIDO Y ACERO, ARTICULADO EN DOS (02) SECCIONES COMO MÍNIMO.
B05	RADIOTRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
B06	PORTACHASIS PARA PLACAS RADIOGRÁFICAS, DESLIZABLE A LO LARGO DE TODA LA CAMILLA (DEBAJO DE LA PLATAFORMA).
B07	CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO (CARGA DE TRABAJO): 250 Kg. O MÁS.
	RUEDAS
B08	DIÁMETRO: MAYOR O IGUAL A 20cm.
B09	LAS CUATRO (04) RUEDAS DEBEN GIRAR EN TODAS LAS DIRECCIONES (OMNIDIRECCIONALES).
B10	CON AL MENOS DOS SISTEMAS DE FRENOS DE COMANDO CENTRAL, UNO EN LA CABECERA Y OTRO EN LA PIECERA DE LA CAMILLA.
B11	QUINTA (5ta) RUEDA ADICIONAL PARA FACILITAR DESPLAZAMIENTO Y GIRO.
C	**ACCESORIOS**
	La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demanda en el momento de efectuar su requerimiento
C01	DOS (02) COLCHONETAS DE POLIURETANO, DE ALTA DENSIDAD, VISCOELÁSTICO, ANTIESTÁTICO E IGNIFUGO (RETARDANTE DE LLAMA), CON CUBIERTA O FORRO RESISTENTE A LOS FLUIDOS, APTO PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN; IMPERMEABLE Y RADIOTRANSPARENTE A LOS RAYOS X, DE ESPESOR NO MENOR A 10 cm. REMOVIBLE, APTA PARA TRABAJO CON PACIENTES DE MEDIANA ESTANCIA (EMERGENCIA Y OBSERVACIÓN).

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
10 NOV 2026
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

EsSalud
Firmado digitalmente por LI SING Consuelo Maria Josefina FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 04.11.2026 08:56:36-0500

EsSalud
Firmado digitalmente por SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 04.11.2026 10:54:30-0500

EsSalud
Firmado digitalmente por SOTO BARBA Marco Miguel FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 04.11.2026 16:56:11-0500

IETSI EsSalud | INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

EsSalud

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 070010126

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : CAMA CAMILLA PARA RECUPERACIÓN EMERGENCIA

UNIDAD FUNCIONAL (UPSS) : EMERGENCIA

TIPO DE PACIENTES : TODOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

C02	DOS (02) O MÁS PORTASUEROS TELESCÓPICOS (DESMONTABLES), CON BRAZOS CORTOS O PLEGABLES.
C03	UN (01) CONTENEDOR O SOPORTE PARA EL BALÓN DE OXÍGENO EN LA BASE DE LA CAMILLA.
C04	UN (01) SOPORTE VERTICAL PARA EL BALÓN DE OXÍGENO.
C05	UN (01) BALÓN DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR DE PRESIÓN, MANÓMETRO Y FLUJÓMETRO.
C06	UNA (01) PLATAFORMA PORTA EQUIPOS (MONITOR O VENTILADOR DE TRANSPORTE O DESFIBRILADOR), CON SISTEMA DE SUJECIÓN.
C07	DOS (02) JUEGOS COMPLETOS DE CORREAS REGULABLES DE SUJECIÓN POR MEDIO DE VELCRO (MÍNIMO TRES (03) PIEZAS).
D	**REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA**
D01	220 V / 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD) EN CASO SEA DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA.
D02	BATERÍA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE DOS (02) HORAS, EN CASO SEA DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

E01	QUE PERMITA ADOPTAR LA POSICIÓN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) INMEDIATA.
E02	CON BALANZA Y TALLÍMETRO INCORPORADO, BALANZA CON RESOLUCIÓN DE 200 GRAMOS O MENOR.

EsSalud
Firmado digitalmente por LI SING Consuelo Maria Josefina FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 04.11.2026 08:57:06-0500

EsSalud
Firmado digitalmente por SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 04.11.2026 10:54:53-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
10 NOV 2026
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA