FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040090086

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO:	**MARCAPASO EXTERNO BICAMERAL**
UNIDADES FUNCIONALES:	**CARDIOLOGÍA**
PACIENTES:	**ADULTOS - PEDIÁTRICOS**

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO BIOMÉDICO PORTÁTIL DISEÑADO PARA APLICAR UN ESTÍMULO ELÉCTRICO REPETITIVO TRANSITORIO AL VENTRÍCULO Y A LA AURÍCULA PARA REGULAR EL RITMO CARDIACO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

A01 EQUIPO PORTÁTIL, PESO LIVIANO, NO MAYOR DE 1 kg.

A02 ESTIMULACIÓN EN DOBLE CÁMARA: VENTRICULAR Y AURICULAR.

A03 MODOS DE PROGRAMACIÓN MÍNIMOS: DDD, DOO, VOO Y VVI.

A04 CON DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO O AUTO-TEST.

A05 INDICADOR DE BAJA BATERÍA.

PARÁMETROS DE CONTROL

A06 PANEL DE CONTROL MANUAL (PERILLAS/BOTONES) O DIGITAL, PARA REGULAR LOS PARÁMETROS.

A07 FRECUENCIA VARIABLE DE PULSO, POR LO MENOS HASTA 200 ppm (PULSOS POR MINUTO).

A08 AMPLITUD VARIABLE DE PULSO.

A09 SENSIBILIDAD VARIABLE DEL PULSO.

A10 FUNCIÓN DE SOBREESTIMULACIÓN EN ALTA FRECUENCIA (OVERDRIVE) HASTA POR LO MENOS 800 ppm.

B ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

B01 CUATRO (04) CABLES DE EXTENSIÓN AL PACIENTE, CADA UNO CON SU ADAPTADOR (EN CASO DE QUE LO REQUIERA).

B02 UN (01) SISTEMA DE SUJECIÓN AL PACIENTE Y/O DISPOSITIVO DE ANCLAJE EN POSTE.

B03 UNA (01) MALETA O ESTUCHE PARA EL EQUIPO DE MATERIAL RESISTENTE.

INSUMOS/CONSUMIBLES

Las cantidades son referenciales. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.

B04 DOS (02) JUEGOS DE PILAS O BATERÍAS, PROPIOS O RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE (EN CASO DE QUE LO REQUIERA).

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

C01 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE PILA(S) O BATERÍA, CON TRABAJO CONTINUO DE CIEN (100) HORAS COMO MÍNIMO.

EsSalud
Firmado digitalmente por SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 30.10.2026 11:45:44-0500

EsSalud
Firmado digitalmente por SOTO BARBA Marco Miguel FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 02.11.2026 14:29:32-0500

EsSalud
Firmado digitalmente por LI SING Consuelo Maria Josefina FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 30.10.2026 11:50:00-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS

05 NOV 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA