FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: LINTERNA TIPO LAPICERO

CODIGO SAP: 020200947

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)
UPSS CONSULTA EXTERNA, UPSS EMERGENCIA, UPSS UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS, ENTRE OTRAS ÁREAS
DEFINICIÓN FUNCIONAL
EQUIPO COMPACTO, LIGERO, CON UNA FUENTE LUMINOSA, UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN ENTORNOS CLÍNICOS GENERALES.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I	**REQUERIMIENTOS GENERALES**
I.1	CARCASA DE ALUMINIO, ALEACIÓN DE ALUMINIO, LATÓN, ABS O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
I.2	SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR LÁMPARA TIPO LED CON TEMPERATURA DE COLOR DE AL MENOS 5000 K Y 40000 LUXES, COMO MÍNIMO.
I.3	ENCENDIDO Y APAGADO MEDIANTE BOTÓN O CONTACTO.
I.4	PINZA METÁLICA TIPO CLIP PARA SU FIJADO EN BATA.
I.5	CON BATERÍAS RECARGABLES COMPATIBLES CON EL EQUIPO
II	**ACCESORIOS**
	ADITAMENTOS Y PERIFÉRICOS
II.1	UN (01) ESTUCHE PARA GUARDAR EL EQUIPO Y ACCESORIOS
II.2	UN (01) CARGADOR DE BATERÍAS COMPATIBLE CON EL EQUIPO
II.3	UN (01) JUEGO DE BATERÍAS RECARGABLES DE REPUESTO
III	**REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA**
III.1	220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

EsSalud Firmado digitalmente por LI SING Consuelo Maria Josefina FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 28.10.2026 16:52:08-0500

EsSalud Firmado digitalmente por SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 29.10.2026 14:12:14-0500

EsSalud Firmado digitalmente por SOTO BARBA Marco Miguel FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 02.11.2026 10:45:10-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS

05 NOV 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA