FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: TANQUE DE COMPRESAS FRÍAS

CÓDIGO SAP: 040150057

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

EQUIPO UTILIZADO EN ÁREAS ASISTENCIALES COMO REHABILITACIÓN, TERAPIA FÍSICA, ENTRE OTRAS ÁREAS. ESTOS EQUIPOS ESTÁN A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PROFESIONAL FISIOTERAPEUTA Y OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO RODANTE DE ACERO INOXIDABLE, UTILIZADO PARA EL ENFRIAMIENTO DE COMPRESAS REUTILIZABLES PARA LA APLICACIÓN DE CRIOTERAPIA LOCAL, QUE CUENTA CON COMPARTIMIENTOS INTERNOS PARA SU ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN, ASÍ COMO UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO QUE PERMITE ALCANZAR TEMPERATURAS ADECUADAS PARA SU USO CLÍNICO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I	**GENERALES**
I.1	TANQUE RODANTE, CON TAPA Y MANIJA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA DE AISLAMIENTO CON CUBIERTA DE ESPUMA O DE MATERIAL DE MAYOR EFICIENCIA PARA EVITAR LA TRANSFERENCIA DE CALOR, CON VÁLVULA DE DESAGÜE Y COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAR COMPRESAS.
I.2	CAPACIDAD MÍNIMA: 12 COMPRESAS O MÁS.
I.3	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOSTATO, EN EL RANGO DE -12 °C O MENOS HASTA -6 °C O MÁS
I.4	COMPRESOR Y BOBINAS DE REFRIGERACIÓN INTERIORES.
I.5	CON CUATRO (04) RUEDAS CON UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 7,5 cm, SUPERFICIE DE GOMA Y SISTEMA DE FRENO
II	**ACCESORIOS**
	PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS
II.1	COMPRESAS REUTILIZABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS, ADECUADAS PARA SU APLICACIÓN EN DIVERSAS ZONAS ANATÓMICAS (CERVICAL, LUMBAR Y ARTICULACIONES COMO RODILLA Y HOMBRO). (**VER NOTA**)
III	**REQUERIMIENTO DE ENERGÍA**
III.1	220 V / 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

NOTA: El área usuaria determinará la cantidad de compresas reutilizables para cada zona anatómica, en función de sus necesidades y la demanda estimada al momento de generar el requerimiento.

EsSalud
Firmado digitalmente por LI SING Consuelo Maria Josefina FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 19.10.2026 08:44:42-0500

EsSalud
Firmado digitalmente por SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 19.10.2026 11:22:10-0500

EsSalud
Firmado digitalmente por SOTO BARBA Marco Miguel FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 21.10.2026 12:40:59-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

23 OCT 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA