FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: TARIMA PARA REHABILITACIÓN

CODIGO SAP: 070010319

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

EQUIPO UTILIZADO EN EL ÁREA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. ESTE EQUIPO ESTÁ A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

PLATAFORMA DISEÑADA PARA REALIZAR EJERCICIOS TERAPÉUTICOS. SU ESTRUCTURA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y CAPACIDADES DE SOPORTE DE PESO FACILITA LA REHABILITACIÓN, ADAPTÁNDOSE AL ÁREA DE REHABILITACIÓN.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I	GENERALES
I.1	ACCESO POR LOS 4 LADOS
I.2	MATERÍAL DE LA ESTRUCTURA BASE: MADERA TORNILLO, PINO CON O SIN CONTRACHAPADA
I.3	ESPESOR DEL ELEMENTO ACOLCHADO: 2" A 5"
I.4	DENSIDAD MÍNIMA DEL ELEMENTO ACOLCHADO: 9 KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CÚBICO
I.5	MATERIAL DEL FORRO DEL ELEMENTO ACOLCHADO: VINIL ANTIBACTERIAL O CUERINA LAVABLE
I.6	ALTURA MÁXIMA DE LA ESTRUCTURA: 50 CM
I.7	ANCHO DE LA ESTRUCTURA: 180 CM A 220 CM
I.8	LONGITUD DE LA ESTRUCTURA: ENTRE 180 CM A 250 CM

EsSalud
Firmado digitalmente por LI SING Consuelo Maria Josefina FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 28.10.2026 16:51:30-0500

EsSalud
Firmado digitalmente por SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 29.10.2026 14:10:16-0500

EsSalud
Firmado digitalmente por SOTO BARBA Marco Miguel FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 02.11.2026 10:46:08-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS

05 NOV 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA