FICHA TÉCNICA

1. Denominación técnica:	**APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN**
2. Unidad de medida:	**UN**
3. Grupo o Familia:	Uso General
4. Código SAP:	020102487 Apósito de gasa y algodón 10 cm x 20 cm
5. Descripción General:	Dispositivo médico de algodón cubierto de gasa, que se aplica sobre una herida para protegerla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6. Indicación de uso:

- Proteger, aislar, cubrir o comprimir heridas o abrasiones y absorber exudados de los pacientes.

7. Características y Materiales del dispositivo:

ESQUEMA



Fig.1: Apósito de gasa y algodón 10 cm x 20 cm (no incluye diseño)

MATERIAL

- Gasa de algodón 100% natural, de tipo VI, para uso hospitalario.
- Algodón hidrófilo 100% natural para uso hospitalario, exento de impurezas.

CARACTERÍSTICAS

- Gasa de tejido uniforme.
- Número de hilos de gasa en:
  - Urdimbre: de 18 a 22 hilos por 2.54 cm.
  - Trama: de 14 a 18 hilos por 2.54 cm.
- Espesor del algodón: mínimo de 0.5 cm.
- Absorbencia no más de 30 segundos.
- Peso total: de 10 g a 12 g.
- Bordes de la gasa ocultos: remallados o cosidos que no permitan la salida del algodón.

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS

05 NOV 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

EsSalud Firmado digitalmente por LI SING Consuelo Maria Josefina FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 04.11.2026 08:53:32-0500

EsSalud Firmado digitalmente por SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 04.11.2026 10:41:10-0500

EsSalud Firmado digitalmente por SOTO BARBA Marco Miguel FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 04.11.2026 16:53:55-0500

- No prelavado.

Condición Biológica:

- Estéril.
- No produce toxicidad.
- No produce sensibilización.
- No produce irritación.

8. Esterilización:

- De acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario.

9. Dimensiones:

Código SAP	Descripción	Ancho	Largo
020102487	Apósito de gasa y algodón 10 cm x 20 cm	10 cm (± 1 cm)	20 cm (± 1 cm)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

De la presentación:

Características del envase:

- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo médico.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Envase Inmediato:

- Envase tipo sobre o de acuerdo a lo autorizado en su correspondiente Registro Sanitario.
- Envase individual y original.
- Con indicador de esterilización visible.
- De sellado hermético.
- De fácil apertura.

Envase Mediato:

- Caja de cartón u otro material distinto, que contenga en su interior una o más unidades del dispositivo médico en su envase inmediato de acuerdo a lo autorizado en su correspondiente Registro Sanitario.

Rotulado:

Según lo autorizado en su correspondiente Registro Sanitario, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente.

CONTROL DE CALIDAD

El dispositivo médico estará sujeto al control de calidad en el Centro Nacional de Control de Calidad o cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del país, de acuerdo a lo normado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM).

EsSalud Firmado digitalmente por LI SING Consuelo Maria Josefina FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 04.11.2026 08:54:04-0500

EsSalud Firmado digitalmente por SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 04.11.2026 10:41:41-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS

05 NOV 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA